



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) โรงพยาบาลชุมชนตำบลคอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) โรงพยาบาลชุมชนตำบลคอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รับ	จำนวน	๑	เครื่อง
งานทันตกรรม (Dental CT) โรง			
พยาบาลชุมชนตำบลคอนแก้ว			
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว			
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจนกว่า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ admin@donkaewlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๒-๑๕๘๕ ต่อ ๓๘-๓๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ผ่านทางอีเมล admin@donkaewlocal.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ admin@donkaewlocal.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพนพล ณ เชียงใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จัดซื้อ

ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) โรงพยาบาลชุมชนตำบล
ดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล) รายการ ค่าครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT)
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน ๑
เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการประชาชน
- ๒.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันเพิ่มเติม
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และมีความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรขององค์กร
- ๒.๔ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง ระบบบริการและการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุทธา แพรสี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรทัย ต้อนรับ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒/๓.๕ ไม่เป็น...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอนแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ ใช้สำหรับถ่ายภาพ CBCT / PANORAMIC / CEPHALOMETRIC/TMJ Joint Diagnosis

๔.๑.๒ เป็นเครื่องเอกซเรย์ แบบตั้งพื้นหรือยึดติดผนัง

๔.๑.๓ สามารถปรับระดัความสูงของเครื่องให้เหมาะกับสรีระของคนใช้ได้สะดวก เช่น ผู้ใหญ่ เด็ก หรือ ผู้ป่วยนั่งรถเข็น Wheelchair

๔.๑.๔ สามารถใช้กับไฟฟ้าระบบ ๒๒๐V ๕๐Hz

๔.๑.๕ ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด ๒.๕KVA

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์และหลอดฉายรังสีเอกซเรย์


๔.๒.๑.๑ คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์และหลอดฉายรังสีเอกซเรย์(Tube Voltage) ปรับค่าได้ตั้งแต่ ๕๐ KV ถึง ๑๑๐ KV

๔.๒.๑.๒ ค่ากระแสไฟฟ้าหลอดฉายรังสี (Tube Current) ปรับค่าได้ตั้งแต่ ๔mA - ๑๐ mA

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายศุทธา แพรศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวอรทัย ต้อนรับ)


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๔.๒.๑.๓ มีจุด Focal Spot ขนาด ๐.๕x๐.๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๒ คุณสมบัติของแผ่นรับภาพ (SENER) เป็นระบบ ๒ เซนเซอร์ ได้แก่ CBCT+ Panoramic + Cephalometric+TMJ Joint Diagnosis
 - ๔.๒.๒.๑ ระบบ CBCT
 - ๔.๒.๒.๑.๑ ระบบเอกซเรย์ CMOS FLAT PANEL DETECTOR
 - ๔.๒.๒.๑.๒ Field of View ขนาดเล็กสุด ๕x๕ เซนติเมตร และขนาดสูงสุด ๑๖ x ๘ เซนติเมตร
 - ๔.๒.๒.๑.๓ CT special Resolution ๒.๐ Lp/mm
 - ๔.๒.๒.๒ ระบบ Panoramic (CBCT Detector)
 - ๔.๒.๒.๒.๑ ระบบเอกซเรย์ CMOS FLAT PANEL DETECTOR
 - ๔.๒.๒.๒.๒ Panoramic Scanning Time ๘ วินาที - ๒๔ วินาที
 - ๔.๒.๒.๓ ระบบ Cephalometric
 - ๔.๒.๒.๓.๑ ระบบเอกซเรย์ CCD TDI DETECTOR
 - ๔.๒.๒.๓.๒ Ceph Scanning Time ๔.๒ วินาที - ๘.๔ วินาที
 - ๔.๒.๒.๔ ระบบ TMJ Joint Diagnosis
 - ๔.๒.๒.๔.๑ ระบบเอกซเรย์ CMOS FLAT PANEL DETECTOR
 - ๔.๒.๒.๔.๒ สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์ชนิด TMJ ได้ทั้งฝั่งซ้าย และขวาของคนไข้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูภาพเอกซเรย์
- ๔.๒.๓ มีระบบการเคลื่อนที่ของหัวถ่ายเอกซเรย์ ๓๖๐ องศา เพื่อการสแกนภาพครบทุกมุม
- ๔.๒.๔ สามารถเลือกประเภทผู้ป่วยได้ทั้ง CHILD, ADULT, Large Adult เพื่อลด DOSE สำหรับค่ารังสี
- ๔.๒.๕ มี Mode เพื่อเตรียมการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ ด้วย Mode ZERO Dose
- ๔.๒.๖ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Touch Screen เพื่อการควบคุมที่สะดวก ปลอดภัย
- ๔.๒.๗ สามารถเลือก Shape ของ Dental Arch ได้ ๔ แบบ (Wide Arch - Standard Arch - taper rcAh - Children Arch)


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายศุทธา แพรศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรัทัย ต้อนรับ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๔.๒.๘ มีระบบ JOINT MODE
- ๔.๒.๙ มีระบบ Carpus Image for Bone age estimation
- ๔.๒.๑๐ มีเลเซอร์ เพื่อการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ ๖ Laser beams
- ๔.๒.๑๑ มีอุปกรณ์ช่วยปรับท่าศีรษะ (Temple Support & TMJ Guide) และท่านวางคางสำหรับวางคางและกัด ฟัน (Chinrest & Bite Block) เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการถ่ายภาพเอกซเรย์
- ๔.๒.๑๒ สามารถสั่งงาน ปรับระดับ และควบคุมการทำงานตัวเครื่องผ่านจอร์บบสัมผัส (Touch Screen)
- ๔.๒.๑๓ มีโปรแกรม DENTAL CBCT สำหรับการจัดการถ่ายภาพเอกซเรย์ ๒ มิติ ๓ มิติ และระบบการจัดการ ฐานข้อมูลคนไข้ภายในโปรแกรมเดียวกัน
- ๔.๒.๑๔ สามารถใช้ได้ทั้งแบบผู้ใช้งานคนเดียว (Stand Alone) หรือเชื่อมโยงระบบเครือข่าย โดยไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้งานในระบบ
- ๔.๒.๑๕ โปรแกรม SOFTWARE Update ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
- ๔.๒.๑๖ สามารถจัดเก็บเป็นไฟล์สกุล DICOM และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปได้
- ๔.๒.๑๗ มีระบบจัดการ IMPLANT SIMULATION. เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาการทำรากเทียม
- ๔.๒.๑๘ สามารถวัด ความยาว มุม และความหนา ด้วยเครื่องมือ Measurement
- ๔.๒.๑๙ สามารถ Export ไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับการพิมพ์ภาพ
- ๔.๒.๒๐ สามารถพิมพ์ภาพผ่านระบบเครื่องพิมพ์ DICOM และเครื่องพิมพ์ธรรมดาได้
- ๔.๒.๒๑ สามารถหมุนปรับเปลี่ยนมุมมอง ๓ D View ได้อย่างอิสระ
- ๔.๒.๒๒ สามารถ Export ภาพ ๒D-๓D ลง USB DRIVE หรือส่งเข้ามือถือได้ พร้อมโปรแกรม สำหรับดูไฟล์ภาพ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- ๔.๒.๒๓ มีระบบ BONE DENSITY INDICATIONS
- ๔.๒.๒๔ มีระบบ ช่วยในการจัดฟัน (SmartCeph – Cephalometric Measurement Software)
- ๔.๒.๒๕ ขนาดของเครื่อง ๑๙๓๓ mm x ๑๓๐๔ mm x ๑๖๔๒ mm- ๒๒๙๒ mm (W x L x H)
- ๔.๒.๒๖ ขนาดของห้องที่ต้องการ ๒.๕ M x ๒.๑ M x ๒.๕ M (W x L x H)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายศุทธา แพรสี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรทัย ต้อนรับ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔.๒.๒๗ รับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี นับจากวันตรวจรับสินค้า

๔.๒.๒๘ มีการตรวจบำรุง ปรับการตั้งค่า พร้อมออกใบรับรอง ๑ ครั้ง/ปี เป็นอย่างน้อย จนหมด

ระยะเวลาประกัน

๔.๒.๒๙ การตรวจสอบเครื่องทุก ๖ เดือน จนหมดระยะเวลาประกัน

๔.๒.๓๐ บริษัทจะต้องสอนวิธีใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๒.๓๑ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือ ผ่านการสาธิตมาก่อน

๔.๒.๓๒ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๔.๒.๓๓ มีอะไหล่ไว้ให้บริการเครื่องเอกซเรย์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๓๔ บริษัทตัวแทนจำหน่ายได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕ :

๒๐๑๖

๔.๒.๓๕ บริษัทตัวแทนจำหน่ายมีใบรับรองว่าเป็นผู้ผลิตเอกซเรย์จากองค์การอาหารและยา

๔.๒.๓๖ มีการอบรมการใช้งานให้แก่ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรหลังการติดตั้ง

๔.๒.๓๗ กรณีมีปัญหาทางเทคนิค พร้อมให้บริการภายใน ๓ วัน ทำการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๙๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย /

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย /

๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงาน ๑ งวด โดยจะจ่ายเงินให้เมื่อได้รับของ/สินค้า ครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ งานซื้อ ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง.....๑.....ปี.....เดือน.....วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุทธา แพรสี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอรทัย ต้อนรับ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ